



# Consulta Pública para Celebração de Acordo Quadro para Aquisição de Mobiliário de Suporte Hospitalar

18 de setembro de 2020



**SPMS**<sub>EPE</sub>  
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde



# ÍNDICE

---

**Enquadramento**

**Objetivos**

**Acordo Quadro (AQ)**

**Procedimentos desenvolvidos ao abrigo do AQ**

**Contributos Solicitados**



## ENQUADRAMENTO

### Valores e princípios da SPMS, EPE

A SPMS, E.P.E. pretende celebrar um Acordo Quadro para **Aquisição de Mobiliário de Suporte Hospitalar**, à imagem dos restantes que já concluiu até esta data, tendo sempre por base a prossecução dos seus valores.





# ENQUADRAMENTO

## A consulta pública

### Disponibilização e âmbito

- A presente Consulta Pública é publicitada no site da SPMS ([www.spms.min-saude.pt](http://www.spms.min-saude.pt))
- Todo o conteúdo do presente documento é objeto de Consulta Pública.

### Interessados

- A SPMS, E.P.E. considera interessados na presente Consulta Pública os cidadãos, as empresas e as associações do sector, bem como as entidades do SNS.

### Participação

- A participação está aberta a todos os interessados que apresentem, por escrito, até às **18h00 do dia 30 de setembro de 2020**, através do envio para o endereço de correio eletrónico: **compras.transversais@spms.min-saude.pt**, dos seus contributos relativos à proposta de Acordo Quadro, a celebrar pela SPMS, EPE.
- Os interessados que apresentem contributos devem indicar claramente no assunto do correio eletrónico a referência **“Contributos à Consulta Pública: Referência UAQT202007”** e no corpo do mesmo os seus dados de identificação e quando for o caso, as entidades que representam.



# ÍNDICE

---

**Enquadramento**

**Objetivos da Consulta Pública**

**Acordo Quadro (AQ)**

**Procedimentos desenvolvidos ao abrigo do AQ**

**Contributos Solicitados**



# OBJETIVOS

## Objetivos da Consulta Pública

A experiência e conhecimento direto que os interessados detêm do mercados, práticas, normas e regulamentos são essenciais para identificar constrangimentos, definir prioridades e procurar as melhores soluções para as necessidades prementes de qualquer entidade da administração pública.

### Assim, com a presente consulta pública a SPMS, EPE pretende:

- **Informar e envolver os interessados** no processo de preparação do Acordo Quadro, incentivando a sua participação construtiva e criativa;
- **Estimular a participação dos *stakeholders*** na preparação do procedimento, esperando comentários e sugestões, tanto de prestadores de serviço como de qualquer entidade da administração pública, relativos à proposta para o desenvolvimento do modelo concetual e formação do presente Acordo Quadro;
- **Identificar os principais constrangimentos e procurar as melhores soluções**, para que o projetado no presente acordo quadro sirva qualquer entidade da administração pública, facilite os processos de aquisição dos bens e que seja possível que as entidades da administração pública possuam equipamentos hospitalares cada vez mais seguros e adaptados às suas reais necessidades.



# ÍNDICE

---

**Enquadramento**

**Objetivos da Consulta Pública**

**Acordo Quadro (AQ)**

**Procedimentos desenvolvidos ao abrigo do AQ**

**Contributos Solicitados**



# OBJETIVOS

## Objetivos do Acordo Quadro

Com a criação deste acordo quadro, visa-se estimular a concorrência e aumentar a celeridade nos procedimentos desenvolvidos ao abrigo do presente acordo quadro, uma vez que neste acordo quadro são normalizadas e estandardizados os requisitos e as especificações desta aquisição de bens.

### A criação do Acordo Quadro tem como principais objetivos:

- **Selecionar um grupo de fornecedores** que respondam às características definidas no Acordo Quadro, com vista a disciplinar relações contratuais futuras;
- **Simplificar o processo aquisitivo** por parte de qualquer entidade da administração pública;
- **Fixar antecipadamente os termos** do fornecimento de bens;
- **Definir preços máximos;**
- **Definir níveis de serviço mínimos.**

Os contratos de prestação de serviços são realizados por qualquer entidade da administração pública, que desenvolva procedimentos ao abrigo do artigo 259.º do CCP, onde consultam obrigatoriamente todas as empresas selecionadas ao abrigo do presente Acordo Quadro, e desse procedimento resultam os adjudicatários.



# ACORDO QUADRO

## Caraterísticas

<b>Objeto do Concurso</b>	O Concurso terá como objeto a seleção de cocontratantes para o Acordo Quadro, que permitirá a <b> aquisição de Mobiliário de Suporte Hospitalar</b>
<b>Tipo de Procedimento</b>	Concurso Público com Publicidade no Jornal Oficial da União Europeia
<b>Vigência</b>	O Acordo Quadro terá a duração de <b>24 (vinte e quatro) meses</b> , a contar da data da sua entrada em vigor, e considera-se automaticamente prorrogada por períodos de 12 meses, até ao limite máximo de vigência do AQ.
<b>Lotes</b>	O acordo-quadro em apreço encontra-se dividido em <b>3 (três) lotes</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>Lote 1</b>– Mobiliário Hospitalar</li><li>✓ <b>Lote 2</b> – Equipamento de Suporte Hospitalar</li><li>✓ <b>Lote 3</b> – Complementos de Quarto</li></ul>
<b>Critério de Adjudicação</b>	A adjudicação será efetuada por lote, segundo o critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, sendo apenas avaliado o fator preço.



# ACORDO QUADRO

## Lote 1 – Mobiliário Hospitalar

### LOTE 1 Especificações mínimas

#### **Mesa para Instrumentos e Equipamentos:**

Mesa para instrumentos totalmente concebida em inox, com prateleira superior e 4 rodízios com mínimo de 75mm. Medidas : Largura- entre 100 a 140cm - Profundidade -50cm  
Comprimento - 80cm;

#### **Mesa Mayo hidráulica:**

Mesa de mayo em aço ou inox, o tampo deverá ter as dimensões de largura entre 65 a 75 cm e profundidade entre 40 a 60 cm, regulável em altura (mínima entre 70 cm a 85 cm e máxima entre 100 cm a 125 cm), sistema de elevação hidráulico accionado por pedal, com bandeja superior regulável; rodas giratórias.

#### **Mesa Mayo:**

Mesa de mayo em aço ou inox, o tampo deverá ter as dimensões de largura entre 65 a 75 cm e profundidade entre 40 a 60 cm, regulável em altura (mínima entre 70 cm a 85 cm e máxima entre 100 cm a 125 cm).

#### **Poltrona para Hemodiálise:**

Poltrona para hemodiálise, elétrica, com altura regulável, rodízios com travão, Trendelenburg elétrico, braços ergonómicos com sincronização com os movimentos da cadeira, com estofos com revestimento impermeável e ignífugo.



# ACORDO QUADRO

## Lote 1 – Mobiliário Hospitalar

### LOTE 1 Especificações mínimas

#### **Cadeira de exames:**

Cadeira de exame com estrutura em aço inoxidável ou aço esmaltado, revestida por estofos antimicrobianos, antifúngicos, e de fácil lavagem e desinfeção. Apoio para as pernas sincronizado com o movimento do encosto, Controlo de funções através de joystick intuitivo. Posicionamento Trendelenburg independente, 3 perfis de utilizador e 4 programas predefinidos, incluindo posicionamento reclinado e acomodação do paciente + 3 posições programáveis através dos perfis de utilizador, apoio de cabeça com ajuste do eixo vertical.

#### **Poltrona para coleta de sangue:**

Poltrona para coleta de sangue com Dimensões de encontro da superfície: 166x58cm aproximadamente com variação possível admitida de 10cm

Altura de assento: 47cm mínima

Escala de ajuste do espaldar: 0° - 80° (em comparação com o assento)

Carga de trabalho segura: 200kg.

#### **Poltrona para tratamentos clínicos:**

Poltrona para tratamentos clínicos; elétrica, com altura entre 47cm a 97cm

Tendelenburg eléctrico inclinável para -/+15°

Perfilação eléctrica do ângulo do encosto de 0° a +80°

Ângulo de apoio para os pés eléctrico de +10° a -35

Carga útil segura e capacidade de elevação de 250Kg

Função de RCP autoelétrica através do aparelho, Secções grossas almofadadas para o máximo conforto.

Apoios de braços almofadados largos ajustáveis na orientação de três eixos.

Apoio de cabeça ajustável e fácil de usar. Rodas duplas de 150 mm com travão centralizado. Design simples para facilitar a limpeza e desinfeção. Estofos com largura padrão de 70cm;



# ACORDO QUADRO

## Lote 2 – Equipamento de Suporte Hospitalar

### LOTE 2 Especificações mínimas

#### **Balança Analógica de chão :**

Balança de ponteiro, com grande mostrador para fácil leitura. Estrutura metálica, antiderrapante e com precisão em qualquer superfície. Capacidade máxima 200kg.

#### **Balança Digital de chão:**

Balança digital, visor LCD. Estrutura antiderrapante e com precisão em qualquer superfície. Capacidade máxima 200kg. Funcionamento a pilhas

#### **Balança digital antropométrica:**

Balança digital, visor LCD. Estrutura antiderrapante e com precisão em qualquer superfície. Com haste para medição de altura. Capacidade máxima 200kg. Funcionamento a pilhas ou bateria

#### **Carro de Apoio a pequenos almoços:**

Carro de apoio com 3 bandejas, com estrutura em inox, e com 4 rodízios com medida mínima de 50mm e máxima de 100mm. Bandejas fixas e de dimensões: Comprimento - mínima de 800mm e máxima de 950mm, Profundidade - mínima de 450mm e máxima de 520mm, Altura - mínima de 850mm e máxima de 950mm

#### **Carro de roupa triplo:**

Carro para transporte de roupa suja, com estrutura em aço ou inox, com 3 sacos para roupa suja que possam ser laváveis, opção de tampa. Capacidade mínima de 120 litros e dimensões mínimas de 430x1370x1000mm



# ACORDO QUADRO

## Lote 2 – Equipamento de Suporte Hospitalar

### LOTE 2 Especificações mínimas

#### **Carro de higiene corporal em inox:**

Carro para apoio à higiene corporal com estrutura em aço ou inox, com 2 prateleiras e tabuleiro. Inclui 1 tina, 1 bacia, 1 balde, 1 jarro e 1 tabuleiro todos em inox. Dimensões mínimas de 930x500x980mm com variação possível admitida de 100mm

#### **Carro do lixo duplo com tampa e pedal:**

Carro do lixo com 2 tampas acionadas por pedal. Estrutura em aço ou inox. Com 4 rodízios com 80mm

#### **Carro do lixo para lixo contaminado:**

Carro do lixo com tampa com fecho automático, para transporte de lixo contaminado, capacidade de mínima 40 Litros e com 4 rodízios.;

#### **Grades laterais rebatíveis (par):**

Grades laterais rebatíveis para suporte de cama, com estrutura em aço ou inox, rebatíveis com fecho de segurança e dimensões compreendidas de: Comprimento - mínima de 1400mm e máximo de 1600mm, Largura - mínima de 420mm e máxima de 530mm.

#### **Suporte Braço para colheita de sangue:**

Suporte de colheita de sangue com estrutura em aço ou inox, com rodízios e estofos em pele sintética. Dimensões mínimas 500mm x 700mm x 1000mm



# ACORDO QUADRO

## Lote 2 – Equipamento de Suporte Hospitalar

### LOTE 2 Especificações mínimas

#### **Suporte de parede para garrafa de oxigénio:**

Suporte de parede para garrafa de oxigénio com estrutura em aço ou inox com anel de suporte do cilindro e prisma com cinta de segurança

**Suporte rodado para monitor sinais vitais:** Suporte rodado para monitor de sinais vitais com amortecedor e cesto de suporte e organizadores de acessórios; estrutura em aço inoxidável ou alumínio, Altura regulável hidraulicamente; Com 5 rodas, sendo 2 com travão

#### **Grua de Transferência de pessoas:**

Estrutura robusta e de fácil higienização; Capacidade de elevação, aprox: 70 cm aos 180cm; Peso de elevação mínimo: 200 Kgs. Fácil de manipular; Com comando elétrico; Bateria recarregável, com elevada autonomia; Fornecido com cesta de transferência e arnês; Com pelo menos 2 rodas com travão



# ACORDO QUADRO

## Lote 3 – Complementos de quarto

### LOTE 3 Especificações mínimas

#### **Almofada 25x15:**

Almofada de espuma viscoelástica, antiescaras, com revestimento impermeável, respirável, antibacteriana com face plana e ante deslizante, de fácil higienização, confortável. Medidas aproximadas 25x15cm

#### **Almofada 40x20:**

Almofada de espuma viscoelástica, antiescaras, com revestimento impermeável, respirável, antibacteriana com face plana e ante deslizante, de fácil higienização, confortável. Medidas aproximadas 40x20cm

#### **Almofada 60x30:**

Almofada de espuma viscoelástica, antiescaras, com revestimento impermeável, respirável, antibacteriana com face plana e ante deslizante, de fácil higienização, confortável. Medidas aproximadas 60x30cm

#### **Almofada 80x60:**

Almofada de espuma viscoelástica, antiescaras, com revestimento impermeável, respirável, antibacteriana com face plana e ante deslizante, de fácil higienização, confortável. Medidas aproximadas 80x60cm



# ACORDO QUADRO

## Lote 3 – Complementos de quarto

### LOTE 3 Especificações mínimas

#### **Colchão Anti escaras:**

Colchão de espuma viscoelástica, com capa ignífuga, lavável, impermeável, respirável, antibacteriano, hipoalergénico, todas as costuras da capa são termoseladas, com fecho protegido. Medidas aproximadas: 185x90x15 cm com uma variação máxima admitida de 5 cm.

#### **Colchão Anti escaras Bariátrico:**

Colchão em espuma, anti escaras, com redistribuição de pressão excepcional para pacientes mais pesados. Capaz de suportar cargas até 230 kg, medidas aproximadas: 195x85x15 com uma variação máxima admitida de 5 cm.

#### **Colchão Anti escaras Pressão Alterna:**

Colchão de pressão alterna, com respetivo compressor, com células acima de 10 cm (possibilidade de substituir células) Revestido por material totalmente impermeável aos líquidos e permeável aos gases. Medidas aproximadas: 185x90x18 cm com uma variação máxima admitida de 5 cm.

#### **Colchão para maca:**

colchão para maca, com espuma de alta densidade, respirável, de fácil higienização. Medidas aproximadas: 180x65x15cm com uma variação máxima admitida de 5 cm.



# ACORDO QUADRO

## Lote 3 – Complementos de quarto

### LOTE 3 Especificações mínimas

#### **Colchão para maca 200x95x15:**

colchão para maca, com espuma de alta densidade, respirável, de fácil higienização, confortável. Medidas aproximadas: 200x95x15cm com uma variação máxima admitida de 5 cm.

#### **Cortinas:**

Cortinas hospitalares com calha de alumínio, laváveis, decoláveis. Dimensões: largura mínima de 140cm e máxima de 150cm comprimento mínimo de 190cm com máximo de 210cm



## Requisitos de Natureza Ambiental ou Social

Na execução do contrato, o adjudicatário deve garantir o cumprimento das normas ambientais e de saúde pública aplicáveis, devendo o adjudicatário garantir a sua adequação a novas normas ou exigências que entrem em vigor no período de vigência do contrato.

### **Normas de natureza ambiental ou social:**

- Evitar a acumulação de agentes biológicos agressivos para os utilizadores. Por exemplo, permitir que o mobiliário seja higienizado facilmente, prevenindo-se a ocorrência de doenças nos utilizadores
- Recomenda-se que perante a obsolescência definitiva do bem, se verifique se o fabricante/proponente possui uma política de recolha de materiais no fim da sua vida útil;



# ÍNDICE

---

**Enquadramento**

**Objetivos**

**Acordo Quadro (AQ)**

**Procedimentos desenvolvidos ao abrigo do AQ**

**Contributos Solicitados**



## PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS AO ABRIGO DO AQ

### Disponibilização de Informação pela Entidade Adquirente

A entidade adquirente no momento do desenvolvimento do procedimento ao abrigo do presente acordo quadro:

- Indicará o lote ao abrigo do qual pretende adquirir;
- Convidará todos os cocontratantes selecionados nesse lote;
- Indicará todas as características dos bens a adquirir;

Compete ao adjudicatário:

- Disponibilizar uma equipa para transporte e montagem, sempre que aplicável;
- Disponibilizar todo o material e acessórios necessários para a montagem correta dos bens nos locais pretendidos.

### Critério de Adjudicação

O critério de adjudicação será o da proposta economicamente mais vantajosa, por lote, determinada por uma das seguintes modalidades:

- Avaliação do preço
- Melhor relação qualidade-preço, em que os fatores a avaliar são:
  - Preço, com a ponderação mínima de 60%
  - Prazo de Entrega
  - Prazo da Garantia
  - Ou Outros.



# ÍNDICE

---

**Enquadramento**

**Objetivos**

**Acordo Quadro (AQ)**

**Procedimentos desenvolvidos ao abrigo do AQ**

**Contributos Solicitados**



## CONTRIBUTOS SOLICITADOS

---

A SPMS, E.P.E. pretende com o presente documento promover uma Consulta Pública, através da qual todos os interessados (entenda-se por interessados, os cidadãos , as empresas e as associações do setor, bem como as entidades do SNS e as instituições do MS), caso pretendam, possam contribuir com *inputs* para a especificações do Acordo Quadro para Aquisição de Mobiliário de Suporte Hospitalar, que se pretende celebrar de forma a potenciar a sua eficácia e eficiência.

Entre outros, com a presente consulta pública pretende-se contributos sobre:

- ✓ Dos requisitos indicados no caderno de encargos para cada lote apresentado, procuramos saber qual a informação a assegurar no âmbito deste objeto por forma a maximizar a eficácia e eficiência da execução desta aquisição de bens;
- ✓ Se os fatores que compõem o critério de adjudicação seja no âmbito do acordo quadro ou nos procedimentos desenvolvidos ao abrigo do mesmo se refletem atualmente o praticado no mercado;
- ✓ Identificação dos principais constrangimentos e indicação das melhores soluções para que os bens a adquirir sirvam qualquer entidade da administração pública.

A solução está na partilha!

Obrigado



**SPMS**<sub>EPE</sub>  
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde