



**SPMS**<sub>EPE</sub>

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

Approved  
12.4.2022

REPUBLICADO

*Sandra Cavaca*

Vogal do Conselho de Administração

## ANEXO II

### Especificações Técnicas

*Ponciano Oliveira*

Vogal do Conselho de Administração

#### Cláusula 1.ª Requisitos gerais

1. Sem prejuízo de outras exigências legais, só serão admitidos, no presente procedimento, os produtos que:
  - a) Respeitem o exigido na descrição de cada lote;
  - b) Respeitem os requisitos aplicáveis que se estipulam no presente anexo;
  - c) Sejam **estéreis**.
2. Para os lotes da **Secção 1**, só serão admitidos os produtos que apresentem os seguintes resultados clínicos depois de decorrido, pelo menos, **um ano após implantação**:
  - a) **Biocompatibilidade**;
  - b) **Ausência de fenómenos de opacificação e de vacúolos na lente**.
3. Em caso de dúvida sobre os requisitos indicados no número anterior, o júri poderá notificar os concorrentes para comprovarem os resultados clínicos através de, pelo menos, cinco estudos publicados em revistas indexadas não patrocinadas pelas próprias empresas (documentos referidos na alínea g) do n.º 2 do artigo 8.º do programa do concurso).

#### Cláusula 2.ª Amostras

1. Para análise das propostas, o júri, em caso de dúvida sobre as características apresentadas, poderá notificar os concorrentes para apresentação de amostras do produto em causa.
2. As amostras devem ser entregues no prazo de três dias úteis, contados a partir notificação, devidamente referenciadas (nome do concorrente, referência do concurso, número de lote e código do artigo), sem qualquer encargo financeiro para a SPMS, EPE, na morada indicada no artigo 2.º do programa do concurso.
3. Os concorrentes deverão proceder à recolha das amostras se, após a análise das mesmas, o júri notificar os concorrentes para tal.

#### Cláusula 3.ª "Cartridges" e injetores

1. Para os artigos que o requeiram, os concorrentes ao presente concurso devem ter em conta que, no âmbito de procedimentos de aquisição que vierem a ser lançados ao abrigo do acordo, é sua obrigação disponibilizar os "cartridges" e injetores necessários para a introdução das lentes por eles propostas.
2. Os termos em que se concretizará a obrigação referida no número anterior serão estabelecidos entre cada instituição de saúde e o fornecedor, no âmbito de cada procedimento de aquisição lançado ao abrigo do Acordo quadro.



#### **Cláusula 4.ª Stock de lentes**

1. Na decorrência de procedimentos de aquisição que vierem a ser lançados ao abrigo do Acordo quadro, os adjudicatários desses procedimentos deverão providenciar um *stock* das várias potências disponíveis para cada lente, o qual deve ser adequado, em cada caso, à atividade da instituição de saúde.
2. Os termos em que se concretizará a obrigação referida no número anterior serão estabelecidos entre cada instituição de saúde e o fornecedor, no âmbito de cada procedimento de aquisição lançado ao abrigo do Acordo quadro.

#### **Cláusula 5.ª Sistematização**

O presente procedimento tem a seguinte sistematização:

- **Secção 1 – Lentes intraoculares**
  - 1.1. Lentes intraoculares de câmara posterior, monobloco
    - 1.1.1. Monofocais
    - 1.1.2. Monofocais tóricas
    - 1.1.3. Monofocais com visão intermédia
    - 1.1.4. Monofocais com visão intermédia tórica
    - 1.1.5. Multifocais difrativas
      - 1.1.5.1. Apodizadas
      - 1.1.5.2. Não apodizadas
    - 1.1.6. Multifocais tóricas
      - 1.1.6.1. Apodizadas
      - 1.1.6.2. Não apodizadas
    - 1.1.7. Foco estendido
      - 1.1.7.1. Desenho de abertura pequena
      - 1.1.7.2. Difrativas
      - 1.1.7.3. Não difrativas
    - 1.1.8. Foco estendido tórico
      - 1.1.8.1. Difrativas
      - 1.1.8.2. Não difrativas
  - 1.2. Lentes intraoculares de câmara posterior, 3 peças
  - 1.3. Lentes intraoculares de câmara anterior para afaquia
  - 1.4. Lentes fáquicas de câmara anterior de fixação à íris
    - 1.4.1. Monofocais
    - 1.4.2. Monofocais tóricas
    - 1.4.3. Multifocais



- 1.5. Lentes fáquicas de câmara posterior
- 1.6. Lentes para pseudofaquia de câmara posterior (“piggyback”)
- **Secção 2 – Lentes de contacto terapêuticas**

**Cláusula 6.ª**

**Lote 1 – L1119-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MONOFOCAL, ACRÍLICO HIDROFÍLICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente monofocal esférica ou asférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofílico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 7.ª**

**Lote 2 – L1120-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MONOFOCAL, ACRÍLICO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente monofocal esférica ou asférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 8.ª**

**Lote 3 – L1121-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MONOFOCAL, ACRÍLICO HIDROFÍLICO COM REVESTIMENTO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente monofocal esférica ou asférica;
- b) Dobrável;
- c) Acrílico hidrofílico com revestimento hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;



- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 11 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 9.ª**

**Lote 4 – L1122-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MONOFOCAL TÓRICA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente monofocal esférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofílico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 10.ª**

**Lote 5 – L1123-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MONOFOCAL TÓRICA, ACRÍLICO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente monofocal esférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 11.ª**

**Lote 6 – L1124-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MONOFOCAL TÓRICA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO COM REVESTIMENTO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente monofocal esférica;
- b) Dobrável;



- c) Acrílico hidrofílico com revestimento hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 11 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 12.ª**

**Lote 7 – L1125-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MONOFOCAL COM VISÃO INTERMÉDIA, ACRÍLICO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente monofocal esférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 13.ª**

**Lote 8 – L1126-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MONOFOCAL COM VISÃO INTERMÉDIA TÓRICA, ACRÍLICO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente monofocal esférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 14.ª**

**Lote 9 – L1127-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MULTIFOCAL, DIFRATIVA, APODIZADA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:



- a) Lente multifocal difrativa esférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofílico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 15.ª**

**Lote 10 – L1128-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MULTIFOCAL, DIFRATIVA, APODIZADA, ACRÍLICO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal difrativa esférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 16.ª**

**Lote 11 – L1129-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MULTIFOCAL, DIFRATIVA, APODIZADA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO COM REVESTIMENTO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal difrativa esférica;
- b) Dobrável;
- c) Acrílico hidrofílico com revestimento hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 11 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.



**Cláusula 17.ª**

**Lote 12 – L1130-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MULTIFOCAL DIFRATIVA, NÃO APODIZADA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal difrativa esférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofílico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 18.ª**

**Lote 13 – L1131-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MULTIFOCAL DIFRATIVA, NÃO APODIZADA, ACRÍLICO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal difrativa esférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 19.ª**

**Lote 14 – L1132-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MULTIFOCAL DIFRATIVA, NÃO APODIZADA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO COM REVESTIMENTO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal difrativa esférica;
- b) Dobrável;
- c) Acrílico hidrofílico com revestimento hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 11 e 13,5 mm;



- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 20.ª**

**Lote 15 – L1133-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MULTIFOCAL TÓRICA, DIFRATIVA, APODIZADA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal difrativa asférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 21.ª**

**Lote 16 – L1134-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MULTIFOCAL TÓRICA, DIFRATIVA, APODIZADA, ACRÍLICO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal difrativa asférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 22.ª**

**Lote 17 – L1135- LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MULTIFOCAL TÓRICA, DIFRATIVA, APODIZADA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO COM REVESTIMENTO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal difrativa asférica;
- b) Dobrável;
- c) Acrílico hidrofílico com revestimento hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;



- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 11 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 23.<sup>a</sup>**

**Lote 18 – L1136-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MULTIFOCAL TÓRICA, DIFRATIVA, NÃO APODIZADA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal difrativa asférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofílico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 24.<sup>a</sup>**

**Lote 19 – L1137-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MULTIFOCAL TÓRICA, DIFRATIVA, NÃO APODIZADA, ACRÍLICO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal difrativa asférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 25.<sup>a</sup>**

**Lote 20 – L1138-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, MULTIFOCAL TÓRICA, DIFRATIVA, NÃO APODIZADA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO COM REVESTIMENTO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal difrativa asférica;
- b) Dobrável;
- c) Acrílico hidrofílico com revestimento hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;



- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 11 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 26.<sup>a</sup>**

**Lote 21 – L1139-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, FOCO ESTENDIDO, DESENHO DE ABERTURA PEQUENA**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal asférica;
- b) Dobrável;
- c) 100 % acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- g) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 27.<sup>a</sup>**

**Lote 22 – L1140-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, FOCO ESTENDIDO, DIFRATIVA, ACRÍLICO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal asférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 28.<sup>a</sup>**

**Lote 23 – L1141-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, FOCO ESTENDIDO, DIFRATIVA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO COM REVESTIMENTO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal asférica;
- b) Dobrável;
- c) Acrílico hidrofílico com revestimento hidrofóbico;



- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 11 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 29.ª**

**Lote 24 – L1142-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, FOCO ESTENDIDO, NÃO DIFRATIVA, ACRÍLICO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal asférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 30.ª**

**Lote 25 – L1143-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, FOCO ESTENDIDO, NÃO DIFRATIVA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO COM REVESTIMENTO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal asférica;
- b) Dobrável;
- c) Acrílico hidrofílico com revestimento hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 11 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 31.ª**

**Lote 26 – L1144-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, FOCO ESTENDIDO TÓRICO, DIFRATIVA, ACRÍLICO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal asférica;



- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 32.ª**

**Lote 27 – L1145-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, FOCO ESTENDIDO TÓRICO, DIFRATIVA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO COM REVESTIMENTO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal esférica;
- b) Dobrável;
- c) Acrílico hidrofílico com revestimento hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 11 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 33.ª**

**Lote 28 – L1146-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, FOCO ESTENDIDO TÓRICO, NÃO DIFRATIVA, ACRÍLICO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal esférica;
- b) Dobrável;
- c) 100% acrílico hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.



**Cláusula 34.ª**

**Lote 29 – L1147-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, MONOBLOCO, FOCO ESTENDIDO TÓRICO, NÃO DIFRATIVA, ACRÍLICO HIDROFÍLICO COM REVESTIMENTO HIDROFÓBICO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal esférica;
- b) Dobrável;
- c) Acrílico hidrofílico com revestimento hidrofóbico;
- d) Proteção ultravioleta;
- e) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- f) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- g) Comprimento total da lente entre 11 e 13,5 mm;
- h) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 35.ª**

**Lote 30 – L1148-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, 3 PEÇAS, MONOFOCAL**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente monofocal esférica;
- b) Dobrável;
- c) Acrílico hidrofílico, hidrofóbico ou hidrofílico com revestimento hidrofóbico;
- d) Hápticos de polimetilmetacrilato (PMMA), polipropileno, polimida (elastamina), fluoreto de polivinilideno ou poliéster sulfona;
- e) Proteção ultravioleta;
- f) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design antiopacificação capsular*;
- g) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- h) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- i) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 36.ª**

**Lote 31 – L1149-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA POSTERIOR, 3 PEÇAS, MULTIFOCAL**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal esférica;
- b) Dobrável;
- c) Acrílico hidrofílico, hidrofóbico ou hidrofílico com revestimento hidrofóbico;
- d) Hápticos de polimetilmetacrilato (PMMA), polipropileno, polimida (elastamina), fluoreto de polivinilideno ou poliéster sulfona;
- e) Proteção ultravioleta;



- f) ~~Bordo posterior da zona ótica quadrado contínuo nos 360º~~ Bordo posterior modificado, com *design* antiopacificação capsular;
- g) Índice de refração  $\geq 1,46$ ;
- h) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- i) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 37.ª**

**Lote 32 – L1150-LENTE INTRAOCULAR DE CÂMARA ANTERIOR PARA AFAQUIA, FIXAÇÃO À ÍRIS**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Fixação à íris;
- b) Hápticos abertos, tipo “iris claw”, em polimetilmetacrilato (PMMA);
- c) Comprimento total de 8,5 mm;
- d) Diâmetro de ótica entre 5 e 6 mm;
- e) Com gancho de enclavação dupla incluído.

**Cláusula 38.ª**

**Lote 33 – L1151-LENTE FÁQUICA DE CÂMARA ANTERIOR, FIXAÇÃO À ÍRIS, MONOFOCAL, PMMA**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente monofocal;
- b) Fixação à íris;
- c) Hápticos abertos, tipo “iris claw”, em polimetilmetacrilato (PMMA);
- d) Comprimento total de 8,5 mm;
- e) Diâmetro de ótica entre 5 e 6 mm;
- f) Com gancho de enclavação dupla incluído.

**Cláusula 39.ª**

**Lote 34 – L1152-LENTE FÁQUICA DE CÂMARA ANTERIOR, FIXAÇÃO À ÍRIS, MONOFOCAL, POLISILOXANO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente monofocal;
- b) Fixação à íris;
- c) Dobrável;
- d) Hápticos abertos, tipo “iris claw”, em polisiloxano;
- e) Comprimento total de 8,5 mm;
- f) Diâmetro de ótica de 6 mm;
- g) Com gancho de enclavação dupla incluído.

**Cláusula 40.ª**

**Lote 35 – L1153-LENTE FÁQUICA DE CÂMARA ANTERIOR, FIXAÇÃO À ÍRIS, MONOFOCAL TÓRICA, PMMA**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:



- a) Lente monofocal;
- b) Fixação à íris;
- c) Hápticos abertos, tipo “iris claw”, em polimetilmetacrilato (PMMA);
- d) Comprimento total de 8,5 mm;
- e) Diâmetro de ótica entre 5 e 6 mm;
- f) Com gancho de enclavação dupla incluído.

**Cláusula 41.ª**

**Lote 36 – L1154-LENTE FÁQUICA DE CÂMARA ANTERIOR, FIXAÇÃO À ÍRIS, MONOFOCAL TÓRICA, POLISILOXANO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente monofocal;
- b) Fixação à íris;
- c) Dobrável;
- d) Hápticos abertos, tipo “iris claw”, em polisiloxano;
- e) Comprimento total de 8,5 mm;
- f) Diâmetro de ótica de 6 mm;
- g) Com gancho de enclavação dupla incluído.

**Cláusula 42.ª**

**Lote 37 – L1155-LENTE FÁQUICA DE CÂMARA ANTERIOR, FIXAÇÃO À ÍRIS, MULTIFOCAL, POLISILOXANO**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente multifocal;
- b) Bordo esférico;
- c) Fixação à íris;
- d) Dobrável;
- e) Hápticos abertos, tipo “iris claw”, em polisiloxano;
- f) Comprimento total de 8,5 mm;
- g) Diâmetro de ótica de 6 mm;
- h) Com gancho de enclavação dupla incluído.

**Cláusula 43.ª**

**Lote 38 – L1156-LENTE FÁQUICA DE CÂMARA POSTERIOR, MONOFOCAL**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Colâmero;
- b) Dobrável;
- c) Proteção ultravioleta;
- d) Comprimento de 12 a 13,7 mm;
- e) Largura de 7,5 a 8,0 mm.



**Cláusula 44.<sup>a</sup>**

**Lote 39 – L1157-LENTE FÁQUICA DE CÂMARA POSTERIOR, MONOFOCAL TÓRICA**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Colâmero;
- b) Dobrável;
- c) Proteção ultravioleta;
- d) Comprimento de 12 a 13,7 mm;
- e) Largura de 7,5 a 8,0 mm.

**Cláusula 45.<sup>a</sup>**

**Lote 40 – L1158-LENTE PARA PSEUDOFAQUIA DE CÂMARA POSTERIOR (PIGGYBACK), MONOFOCAL**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente esférica;
- b) Dobrável;
- c) Proteção ultravioleta;
- d) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- e) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 46.<sup>a</sup>**

**Lote 41 – L1159-LENTE PARA PSEUDOFAQUIA DE CÂMARA POSTERIOR (PIGGYBACK), MONOFOCAL TÓRICA**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Lente esférica;
- b) Dobrável;
- c) Proteção ultravioleta;
- d) Comprimento total da lente entre 12,5 e 13,5 mm;
- e) Diâmetro de ótica entre 5,5 e 6,0 mm.

**Cláusula 47.<sup>a</sup>**

**Lote 42 – L1160-LENTE DE CONTACTO TERAPÊUTICA, SILICONE-HIDROGEL**

Para este lote, só serão admitidos os produtos que apresentem as seguintes características técnicas:

- a) Uso único e substituição mensal;
- b) Diâmetro de 14,0 mm;
- c) BC 8,6;
- d) Isenta de látex;
- e) Embalada individualmente.